

Esclarecimentos Pregão Eletrônico nº 13/2022

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

**Empresa: Confiance Medical Produtos Médicos S.A, CNPJ Nº
05.209.279/0001-31**

Item 10 - APARELHO DE VIDEO LAPAROSCOPIA, em relação a descrição da fonte de luz é solicitada:

- 1) **ARGUMENTO TÉCNICO:** O termo de referência solicita Fonte de luz Xenon, entretanto, a troca da mesma para tecnologia de LED traria benefícios, pois trata-se de uma tecnologia mais recente, que gera uma quantidade inferior de calor quando comparada com a lâmpada xenon. Além disso, o custo de manutenção é muito menor, pois o módulo de LED possui vida útil de 50.000 horas, antes da necessidade da realização de uma troca de lâmpada. Já a Xênon, é um equipamento com uma tecnologia mais antiga, que gera uma quantidade de calor muito maior, e com um custo de manutenção bastante elevado, além do agravante da lâmpada ter vida útil de apenas 500 horas. Desse modo, gostaria de saber se será aceito: "01 (uma) fonte de luz com tecnologia LED, com iluminação equivalente a Xenon 300W e com módulo de LED de 50.000 horas de vida útil"?

R: Sim.

Atenciosamente,

Natanna Rodrigues
Pregoeira - FMS
Matrícula: 40838

Natanna Rodrigues de Brito Santana
CPL – Comissão Permanente de Licitação
Pregoeira
Matrícula: 48.838