
ESCLARECIMENTO, PE 13/2022

2 mensagens

Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

4 de agosto de 2022 10:32

Para: CPL Comissão Permanente de Licitação <cplsaudesg@gmail.com>

Cc: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 13/2022 – ITEM 1: “MONITOR MULTIPARÂMETRO BÁSICO 12” e ITEM 2: “MONITOR MULTIPARÂMETRO COM PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA”

Como acessório para os itens 1 e 2 são requisitados: “01 sensor tipo Y para oximetria reutilizável”. Desta maneira, indagamos, serão aceitas tecnologias de sensor tipo y já com a braçadeira de fixação incorporada, antialérgica e reusável, conforme figura a seguir?



Ref.: PE 13/2022 – ITEM 4: “LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA”

Para confirmação, o aparelho de anestesia deve acompanhar vaporizador ou apenas ter espaço para acoplar? Caso sim, qual tipo de vaporizador deve ser entregue?

Ref.: PE 13/2022 – ITEM 9: “APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL”

Para o item 9, é requisitado que o eletrocardiógrafo possua: “Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4”. Entretanto, não é comum a impressão de apenas 1 canal em tamanho A4 em equipamentos com as características especificadas, além de inviável a sua utilização para grande parte dos diagnósticos médicos. Desta forma, questionamos, serão aceitos equipamentos que permitem impressão de 3,6 e 12 canais em papel termossensível A4?

Além disso, é descrito: “Baixo custo de impressão, Função grade permite o uso de papel fax” e “permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax)”. Sabendo que o uso de papel fax se tornou obsoleto, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem impressora termossensível acoplada para impressão em formato A4?

Atenciosamente,

Aguardo um retorno,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos

Engenheira Biomédica – Trainee Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino](#)

[04044-010 - São Paulo - SP - Brasil](#)

Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

9 de agosto de 2022 11:05

Para: CPL Comissão Permanente de Licitação <cplsaudesg@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Algum posicionamento sobre o pedido de esclarecimento encaminhado em 4 de Agosto?

Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos

Engenheira Biomédica – Trainee Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino](#)

[04044-010 - São Paulo - SP - Brasil](#)

Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

[Texto das mensagens anteriores oculto]