



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Esclarecimentos Pregão Eletrônico nº 13/2022

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Empresa: ProLife Equipamentos Médicos Ltda

1 - Como acessório para os itens 1 e 2 são requisitados: "01 sensor tipo Y para oximetria reutilizável". Desta maneira, indagamos, serão aceitas tecnologias de sensor tipo y já com a braçadeira de fixação incorporada, antialérgica e reusável, conforme figura a seguir?

R: Para a utilização de uso adulto, serão aceitos do tipo soft ou clip, e para neonatal serão aceitos tipo Y.

2 - Ref.: PE 13/2022 – ITEM 4: "LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA"

Para confirmação, o aparelho de anestesia deve acompanhar vaporizador ou apenas ter espaço para acoplar? Caso sim, qual tipo de vaporizador deve ser entregue?

R: Sim, deve acompanhar vaporizador, pois ficaria incompleto o equipamento sem o mesmo.

3 - Ref.: PE 13/2022 – ITEM 9: "APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL"

Para o item 9, é requisitado que o eletrocardiógrafo possua: "Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4". Entretanto, não é comum a impressão de apenas 1 canal em tamanho A4 em equipamentos com as características especificadas, além de inviável a sua utilização para grande parte dos diagnósticos médicos. Desta forma, questionamos, serão aceitos equipamentos que permitem impressão de 3,6 e 12 canais em papel termossensível A4?

R: Sim, serão aceitos equipamentos que permitem impressão de 3,6 e 12 canais em papel termossensível A4.

Natanna Rodrigues
Pregoeira - FMS
Matrícula: 40838



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4 - Além disso, é descrito: "Baixo custo de impressão, Função grade permite o uso de papel fax" e "permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax)". Sabendo que o uso de papel fax se tornou obsoleto, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem impressora termossensível acoplada para impressão em formato A4?

R: Sim, serão aceitas tecnologias que possuem impressora termossensível acoplada para impressão em formato A4.

Atenciosamente,

Natanna Rodrigues
Pregoeira - FMS
Matrícula: 40838

Natanna Rodrigues de Brito Santana
CPL – Comissão Permanente de Licitação
Pregoeira
Matrícula: 48.838