



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Esclarecimentos Pregão Eletrônico nº 39/2022

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ESPECÍFICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS NO PROCESSAMENTO/ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS EM SAÚDE ATENDENDO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL LUIZ PALMIER DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

Empresa: MEDICAL SUL.

Em relação ao referido pregão, solicito os seguintes esclarecimentos:

Item 02 - Qual será a capacidade da autoclave? Seria de quantos litros?

R: A capacidade em volume do equipamento esta expressa na especificação da câmara interna.

DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO"

Entregar certificação de calibração com rastreabilidade no momento da entrega do equipamento. -
Seria somente do equipamento ou da instalação também?

R: Todos os documentos deverão ser apresentados no momento da Habilitação.

♦ DA INSTALAÇÃO

Deverá ser realizada por empresa que possua em seu cadastro de colaboradores, ENGENHEIRO MECÂNICO, para as adequações termodinâmicas, ENGENHEIRO CIVIL, para condução da obra e ENGENHEIRO ELETRICISTA, para adequação da rede elétrica e fornecimento de energia aos equipamentos. Todos DEVIDAMENTE INSCRITOS NO CREA, COM CADASTRO ATIVO, INSCRITOS NO HALL DE COLABORADORES DA CONTRATADA.

Estes documentos serão da empresa arrematante e/ou da fabricante? Deverão ser apresentados junto com os documentos de habilitação ou no momento da instalação?

R: Os documentos a serem apresentado serão da empresa licitante a que executara as instalações e manutenções. Todos os documentos deverão ser apresentados no momento da Habilitação.

Atenciosamente,

Natanna Rodrigues
Pregoeira - FMS
Matrícula: 40838

Natanna Rodrigues de Brito Santana
CPL - Comissão Permanente de Licitação
Pregoeira
Mat.40.838