

---

**ESCLARECIMENTO PE 90015/2025**

3 mensagens

---

**JMGOL HOSPITALAR** <jmgolhospitalar@gmail.com>  
Para: cplsaudesg@gmail.com

7 de março de 2025 às 10:46

Bom dia! Tudo bem?

Gostaria de tirar uma dúvida referente a quantidade de monitores em comodato. No edital em questão é informado no item 11 o seguinte:

*A empresa vencedora deverá disponibilizar 01 (um) monitor em regime de comodato.*

*O monitor entregue, em regime de comodato, serão devolvidos quando alcançado o prazo de 12 (doze) meses da cessão.*

*Todos os equipamentos devem possuir garantia fornecida pelo fabricante.*

Porém, essa quantidade de monitores é inviável, devido a quantidade de tiras do processo. Verificando o processo anterior (1778/2023), era solicitado 01 (um) monitor a cada 2.000 tiras.

Qual será a quantidade a considerar para o processo atual?

Atenciosamente,  
**Juliana Calinçani.**  
Setor de licitações



JM GOL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ 39.556.802/0001-18  
Tel.: (24) 3402-0742  
Financeiro: [financeirogol@gmail.com](mailto:financeirogol@gmail.com)

**End.: Rua Padre Norberto Prittwitz, 54 - Colônia, Barra Mansa/RJ. CEP 27351-710**  
**Ref.: Em frente ao Supermercado Fênix; PORTÃO AMARELO**

---

**JMGOL HOSPITALAR** <jmgolhospitalar@gmail.com>  
Para: cplsaudesg@gmail.com

11 de março de 2025 às 13:47

Boa tarde!

Aguardo retorno.

Atenciosamente,  
**Juliana Calinçani.**  
Setor de licitações



JM GOL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ 39.556.802/0001-18  
Tel.: (24) 3402-0742  
Financeiro: [financeirogol@gmail.com](mailto:financeirogol@gmail.com)

End.: [Rua Padre Norberto Prittivity, 54](#) - Colônia, Barra Mansa/RJ. CEP 27351-710  
Ref.: Em frente ao Supermercado Fênix; PORTÃO AMARELO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CPL Comissão Permanente de Licitação** <cplsaudesg@gmail.com>  
Para: JMGOL HOSPITALAR <jmgolhospitalar@gmail.com>

12 de março de 2025 às 10:20

Prezados, bom dia.

Segue abaixo a resposta do pedido de esclarecimento:

**ONDE SE LÊ:**

**11. DO COMODATO:**

A empresa vencedora deverá disponibilizar 01 (um) monitor em regime de comodato.

**LEIA-SE:**

**11. DO COMODATO:**

A empresa vencedora deverá disponibilizar **01 (um) monitor em regime de comodato a cada 2000 tiras solicitadas pela contratante.**

Informo que foi feita uma errata n. 0001/2025 e a mesma já se encontra disponível em avisos no portal comprasnet do referido pregão. E o edital retificado já se encontra disponível no portal.

Ao dispor.

Att,

Em sex., 7 de mar. de 2025 às 10:46, JMGOL HOSPITALAR <jmgolhospitalar@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**ERRATA 0001.2025.pdf**

193K