
Solicitação de Esclarecimento PE 90014

2 mensagens

Licitacao - HPF Surgical <licitacao@hpfsurgical.com.br>

26 de junho de 2025 às 16:32

Para: cplsaudesg@gmail.com

Cc: Gabriel <gabriel@hpfsurgical.com.br>

Prezados, boa tarde.

A empresa HPF SURGICAL LTDA, CNPJ 68532.076/0002-82 vem através deste solicitar esclarecimento referente ao PE 90014/2025, a ser realizado em 10/07/2025:

Itens 116/117 e 118, CLIPES:

Conforme disposto no edital, há a exigência de fornecimento em regime de comodato; contudo, não há especificação quanto à quantidade de unidades, tampouco se os itens se destinam a procedimentos cirúrgicos por vídeo ou abertos. Solicitamos, portanto, que seja informado, para cada modelo de clipe, o quantitativo requerido em comodato, discriminado por tipo de cirurgia (vídeo ou aberta), a fim de viabilizar o adequado dimensionamento da proposta.

Também solicitamos a gentileza de informar qual foi o último pregão realizado referente aos itens 49, 116, 117 e 118. Constatamos que, em dezembro de 2023, estava previsto o Pregão Eletrônico nº 28/2023 para o dia 06/12/2023, porém ele foi fracassado.

Por último, solicitamos a UASG do órgão, não localizamos no portal GOV.

Atenciosamente,

**CYNTHIA GOMES**
Licitação / Suporte a vendas

Tel: HOME OFFICE / (31) 99212-5126

www.hpfsurgical.com.br



CPL Comissão Permanente de Licitação <cplsaudesg@gmail.com>
Para: Licitacao - HPF Surgical <licitacao@hpfsurgical.com.br>
Cc: Gabriel <gabriel@hpfsurgical.com.br>

2 de julho de 2025 às 14:56

Prezados, boa tarde.

Segue abaixo a resposta do pedido de esclarecimento solicitado.

Conforme disposto no edital, há a exigência de fornecimento em regime de comodato; contudo, não há especificação quanto à quantidade de unidades, tampouco se os itens se destinam a procedimentos cirúrgicos por vídeo ou abertos. Solicitamos, portanto, que seja informado, para cada modelo de clipe, o quantitativo requerido em comodato, discriminado por tipo de cirurgia (vídeo ou aberta), a fim de viabilizar o adequado dimensionamento da proposta.

RESPOSTA:

Em atenção ao pedido de esclarecimento aos itens 116, 117 e 118 (clipes) do edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2025, informamos que:

Os itens mencionados serão utilizados em procedimentos cirúrgicos por vídeo. Quanto ao comodato dos aplicadores, os quantitativos serão definidos de forma proporcional à demanda de fornecimento dos clipes, considerando o consumo estimado mensal da rede. Recomenda-se, portanto, que o proponente inclua na proposta pelo menos 1 aplicador em comodato para cada 10 caixas de clipes fornecidas, como referência mínima de dimensionamento.

Por último, solicitamos a UASG do órgão, não localizamos no portal GOV.

RESPOSTA:

Nossa UASG é 929116.

Ao dispor.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]