

---

**ESCLARECIMENTO AO EDITAL P.E 90014/2025 -P.M DE SÃO GONÇALO/RJ**

2 mensagens

---

**Ana Beatriz Baia Araujo** <ana.baia@imexmedical.com.br>  
Para: "cplsaudesg@gmail.com" <cplsaudesg@gmail.com>

30 de junho de 2025 às 13:58

Prezados, bom dia!  
Espero que este e-mail o (a) encontre bem.

Venho por meio desta, afim de informação sobre os itens nº 205,206,207,208,209,210 e 212 do edital do pregão eletrônico nº 90014/2025

Qual seria o modelo e marca da impressora no qual os filmes serão utilizados?

Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail e fico no aguardo de uma possível resposta.

Agradeço deste já a sua atenção,

Atenciosamente,  
**Ana Beatriz Baia**  
Auxiliar de Licitação  
48 2106 8941 | whats: (48) 3251-8838| Skype: live:.cid.d8670af9763e9b8b



A **Imex Medical** respeita a privacidade de seus dados e está de acordo com a LGPD.  
Esta mensagem e seus anexos são confidenciais e estão sujeitas a sigilo profissional.  
Caso você não seja o destinatário deste e-mail, por favor, comunique ao remetente.

---

**CPL Comissão Permanente de Licitação** <cplsaudesg@gmail.com>  
Para: Ana Beatriz Baia Araujo <ana.baia@imexmedical.com.br>

2 de julho de 2025 às 15:18

Prezados, boa tarde.

Segue abaixo a resposta do pedido de esclarecimento solicitado.

Venho por meio desta, afim de informação sobre os itens nº 205,206,207,208,209,210 e 212 do edital do pregão eletrônico nº 90014/2025

Qual seria o modelo e marca da impressora no qual os filmes serão utilizados?

**RESPOSTA:**

**Em atenção ao pedido de esclarecimento referente aos itens 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 212 do edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2025, informamos que:**

**Os filmes descritos nos referidos itens trata-se de sistema que utiliza filmes de base verde, indicados para aplicações em radiografia geral.**

**O filme de mamografia é o modelo DRY, que não requerem processamento químico úmido, utilizando um sistema de impressão a laser seco**

Ao dispor.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]