



## Pregão Eletrônico N° 90014/2025 (SRP) - UASG 929116 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO GONÇALO - ESCLARECIMENTO ITEM 02

2 mensagens

**Licitações** <licitacoes@konimagem.com.br>  
Para: "cplsaudesg@gmail.com" <cplsaudesg@gmail.com>  
Cc: Licitações <licitacoes@konimagem.com.br>

1 de julho de 2025 às 11:44

Bom dia.

Ref. ao item 02, poderia nos informar qual modelo de pistola/instrumento/disparador a instituição possui para compatibilidade de item?

2.	<b>AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO TECIDOS MOLES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 14G X 13 CM, TIPO PONTA ECOGÊNICA, COMPONENTE P, DISPARO AUTOMATICO P, MOLA, COMPONENTE I: PROFUNDIDADE REGULAVÉL DE 15 OU 22MM, CONECTOR SISTEMA ENCAIXE, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE; ESTÉRIL</b>	Und	4.500	375
----	---	-----	-------	-----

Ou a pistola/instrumento/disparador tem que ser fornecido em forma de comodato?

Ficamos a disposição.

Atenciosamente,

**Licitação**

**KONIMAGEM COMERCIAL LTDA**

**Rua Maria Casali Bueno, 57 - Mandaqui – São Paulo – SP**

**Cep: 02408-050**

**Tel: 11 2950-1971**

**WhatsApp: 11 97230-8917**

**CNPJ: 58.598.368/0001-83 - Inscrição Estadual: 112.050.338.113**


**[licitacoes@konimagem.com.br](mailto:licitacoes@konimagem.com.br)**



CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSOS PRODUTOS



---

 **92911605900142025000 (1).zip**  
4362K

---

**CPL Comissão Permanente de Licitação** <cplsaudesg@gmail.com>

2 de julho de 2025 às 15:13

Para: Licitações <licitacoes@konimagem.com.br>

Cc: Licitações <licitacoes@konimagem.com.br>

Prezados, boa tarde.

Segue abaixo a resposta do pedido de esclarecimento solicitado.

Ref. ao item 02, poderia nos informar qual modelo de pistola/instrumento/disparador a instituição possui para compatibilidade de item?

2.	<b>AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO TECIDOS MOLES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 14G X 13 CM, TIPO PONTA ECOGÊNICA, COMPONENTE P, DISPARO AUTOMÁTICO P, MOLA, COMPONENTE I: PROFUNDIDADE REGULAVÉL DE 15 OU 22MM, CONECTOR SISTEMA ENCAIXE, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE; ESTÉRIL</b>	Und	4.500	375
----	---	-----	-------	-----

Ou a pistola/instrumento/disparador tem que ser fornecido em forma de comodato?

**RESPOSTA:**

***Em atenção ao pedido de esclarecimento ao item 02, do edital do Pregão Eletrônico n 90014/2025, informamos que:***

***Não possuímos pistola/instrumento/disparador próprio para compatibilidade com a agulha de biópsia descrita.***

***Dessa forma, o fornecimento do equipamento necessário (pistola/disparador) deverá ser feito em regime de comodato, garantindo a compatibilidade com o insumo fornecido e o pleno uso do material.***

Ao dispor.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]