

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SÃO GONÇALO - RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025

PROCESSO Nº 2362/2024

DATA: 14/07/2025 – 10H00

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFOS E TOMÓGRAFOS

MENOR PREÇO POR ITEM

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

A empresa **FUJIFILM DO BRASIL LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 60.397.874/0009-03 e Inscrição Estadual nº 260.472.395, Inscrição Municipal nº 216573, situada a Av. Plácido Hugo De Oliveira, nº 2398 - Setor FujiFilm – Itinga – Joinville - SC – 89.233-580 – contato do setor de documentos e licitação - fone (11) 4011-7145 / 97217-9902 – e-mail: valdirene.licitacontrol@fujifilm.com/ valdirene.marianno@licitacontrol.com.br, neste ato representada por seu diretor Sr. Wilson Kucharsky, Brasileiro, casado, portador do CPF nº 413.383.918-87 e RG sob o nº 5.307.598-5 SSP - SP, vem respeitosa e tempestivamente, apresentar sugestão de alteração PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, para o ITEM 1 - MAMÓGRAFO do edital supramencionado.

A empresa FUJIFILM do Brasil Ltda é uma empresa multinacional japonesa, com filial no Brasil há mais de 65 anos, consolidada em diferentes segmentos, entre eles, equipamentos de diagnósticos por imagem. A empresa apresenta portfólio diversificado dentro do segmento, com equipamentos de diversas modalidades. Entretanto, para que seja possível a participação da FUJIFILM no certame, é preciso que seja questionado alguns pontos sobre a especificação, de modo a termos clareza de que o equipamento FUJIFILM pode ser cotado e a empresa possa ser incluída no hall de proponentes. Entendendo que de acordo com o princípio da isonomia e ampla concorrência, é do interesse da instituição e da população que o maior número de empresas possa participar.

1. O descritivo solicita: “Fator de Magnificação de 1.5 e 1.8”.

Gostaríamos de indicar que a magnificação é uma compressão adicional às incidências habituais da mamografia. Utilizamos a magnificação principalmente quando queremos ver melhor uma área de microcalcificações, permitindo desta forma ver de forma mais clara e formato das microcalcificações, visto que, a magnificação é uma ampliação da mamografia para melhor visualização das microcalcificações, e afim, melhor qualidade de imagem e resolutividade no diagnóstico para tal especificidade.

Desta forma, cada fabricante traz de forma pontual em sua característica de produto níveis desta amplificação sendo 1.5 e/ou 1.8.

No caso da FUJIFILM a magnificação é de 1.8X e assim, entendemos que atendemos o respectivo edital visto que se trata da maior amplificação possível, e assim, já cobre desta forma uma variação de amplificação em seu maior grau de possibilidade atualmente desprendido e disponibilizado na mamografia.

Ainda segundo INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN N° 92, DE 27 DE MAIO DE 2021, não há recomendação ou restrição quanto a exigências de amplificação específica em 1,5x ou 1,8x. Desta forma, entende-se que os dispositivos de amplificação estarão alinhados com a demanda e ajustes de software disponíveis nos equipamentos, atendendo as demandas do serviço de saúde.

Questionamento 01: Serão aceitos equipamentos que possuem plataforma de magnificação de 1,5x e/ou 1,8x?

2. O edital solicita: “Prazo de fornecimento: O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias”.

Os equipamentos de mamografia são equipamentos de grande porte, que demandam configuração dedicada de acordo com o descritivo e projetos de instalação para viabilizar a entrega e instalação. Existem inúmeras empresas que comercializam equipamentos de mamografia no Brasil, mas não há nenhuma empresa que desenvolve tecnologia de mamografia no Brasil. Todos os fornecedores nacionais possuem tecnologias integral ou parcialmente fabricadas no exterior. Para o fornecimento nacional, todos os fornecedores dependem de estrutura de importação, que possuem inúmeras variáveis que podem interferir no prazo de entrega.

A FUJIFILM possui estrutura grandiosa dedicada para o melhor atendimento aos seus clientes, com centro de distribuição em Joinville-SC dedicado a receber e distribuir os equipamentos que são

fabricados na fábrica matriz, no Japão. A equipe brasileira da FUJIFILM possui expertise e dedicação máxima a manter estoque mínimo e estoque de segurança a atender todos os projetos de instalação dentro do prazo. Entretanto, não está no controle interno da empresa a forma como o mercado reage aos esforços comerciais e pode ocorrer de em algum momento específico, a empresa ser surpreendida com demanda maior do que o que há disponível. Além disso, o processo de fabricação do equipamento no exterior é complexo e depende de fornecimento de matéria-prima e componentes de alta complexidade, e pode levar até 90 dias para fabricação. Desta forma, para buscarmos maior segurança no atendimento aos prazos, entendemos que o prazo seguro para a implementação de um projeto de entrega e instalação de um equipamento de mamografia, dentro da configuração exigida no edital, seria de no mínimo 120 dias.

Questionamento 02: Serão aceitas propostas que apresentem prazo de fornecimento: O prazo para entrega será de 120 (cento e vinte) dias corridos após a emissão da ordem de fornecimento?

Os questionamentos acima listados e as sugestões apontadas são de interesse exclusivo da empresa FUJIFILM do Brasil de poder participar do certame, ofertando seus produtos sob condições justas e no intuito de prover equipamentos de alta tecnologia, confiabilidade e durabilidade para a **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO/RJ**.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar nossos votos de estima e consideração.

São Paulo, 2 de julho de 2025.

WILSON
KUCHARSKY:41338391887

Assinado de forma digital por
WILSON KUCHARSKY:41338391887
Dados: 2025.07.02 12:33:42 -03'00'

FUJIFILM DO BRASIL LTDA

Wilson Kucharsky

Diretor

CPF nº 413.383.918-87 / RG sob o nº 5.307.598-5

CNPJ 60.397.874/0009-03 / Inscrição Estadual nº 260.472.395

Fone (11) 4011-7145 / 97217-9902

valdirene.licitacontrol@fujifilm.com / valdirene.marianno@licitacontrol.com.br



ENVIO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025 PROCESSO Nº 2362/2024

CPL Comissão Permanente de Licitação <cplsaudesg@gmail.com>

10 de julho de 2025 às 14:06

Para: "Valdirene Marianno (Terceiro)" <valdirene.licitacontrol@fujifilm.com>

Cc: Valdirene Marianno <valdirene.marianno@licitacontrol.com.br>

Prezados, bom dia.

Segue resposta do pedido de esclarecimento solicitado.

Questionamento 01: Serão aceitos equipamentos que possuem plataforma de magnificação de 1,5x e/ou 1,8x?

RESPOSTA: A utilização de pelo menos dois tipos de magnificação são sugeridas para a ampliação do posicionamento e realização da mamografia em diversos tipos e tamanhos de mamas ampliando o acesso do exame

Questionamento 02: Serão aceitas propostas que apresentem prazo de fornecimento: O prazo para entrega será de 120 (cento e vinte) dias corridos após a emissão da ordem de fornecimento?

RESPOSTA: O prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Informo que foi feita uma errata n. 0001/2025 e a mesma já se encontra disponível em avisos no portal comprasnet do referido pregão. E o edital retificado já se encontra disponível para download no portal.

Ao dispor.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]